

فري ستايل ليبرى ٢

نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز



Abbott

life. to the fullest.

آيفون




# يمكنك الفحص

في أي وقت وفي أي مكان<sup>™</sup>



## هل تتلقى إشعار فقدان الإشارة؟

إن كان مفعلاً، يقوم إشعار فقدان الإشارة بتنبيهك عند فقدان الاتصال بين المجس وتطبيق الهاتف لمدة ٢ دققيقة لأن ذلك قد يتسبب بعدم مقدرتك على كشف إرتفاع أو إنخفاض مستويات الجلوكوز. ليستمر حصولك على التنبيهات عند إنخفاض أو إرتفاع مستويات الجلوكوز، قم بعمل الخطوات التالية.




قم بإبطال وضعية عدم الإزعاج في هاتفك أو قم بتفعيل تخطي وضعية عدم الإزعاج في الأعدادت.



لاتقوم بغلق التطبيق، بل دعه يعمل في الخلفية.



تأكد من وجود هاتف الآيفون الخاص بك في نطاق ٦ متر منك طوال الوقت.




إن أستمرت التنبيهات الخاصة بفقدان الإشارة بالظهور، برجاء التواصل مع خدمة العملاء.

إن قمت بمسح مجس فري ستايل ليبرى ٢ بواسطة هاتفك أولاً، ستحصل على التنبيهات على هاتفك فقط.

إن قمت بالمسح بواسطة قارئ فري ستايل ليبرى ٢ أولاً، ستحصل على التنبيهات من خلال القارئ فقط.



أبقي البلوتوث في وضعية التشغيل.



يجب عليك قبول طلب التطبيق بإرسال تنبيهات هامة لغلق وضعية عدم الإزعاج. يمكنك أيضاً تفعيل خاصية التنبيهات الهامة مباشرةً من التطبيق عن طريق إعدادات الإخطار.

تنبيه. مسح. تصرف.

[www.FreeStyleDiabetesME.com](http://www.FreeStyleDiabetesME.com)

أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه.




قم بمسح

خدمة العملاء

نحن هنا للإجابة عن أي سؤال أو استفسار على نظام فري ستايل ليبرى ٢.

يمكنك التحدث مع مندوبينا من السبت إلى الخميس من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٩ مساءً.

920003788



الصور للأغراض التوضيحية فقط. وليس لمرضى أو أخصائي رعاية صحية دقيق.

١. يحتاج المجس لساعة لبدا العمل. ٢. المجس مقاوم للماء لمسافة متواحدة (٤ أقدام) ولمدة لا تتجاوز ٣ دققيقة.

لا يجب غمر المجس لمدة تتجاوز الثلاثين دقيقة. لا يمكن استخدامه على إرتفاع يزيد عن ... أقدام.

آيفون هو علامة مسجلة لشركة آبل.

Abbott 2022 Abbott © فري ستايل و ليبرى. و العلامات التجارية ذات الصلة هي علامات لشركة Abbott.

Abbott Diabetes Care Ltd., Range Road, Witney, OX29 0YL United Kingdom.

ADC-50300 v1.0

MDAD01220018