


# FreeStyle Libre - järjestelmä


## Neuvoja sensorin kiinnitykseen

FreeStyle Libre -sensoria voidaan pitää enintään 14 päivän ajan. Valmistele iho ja kiinnitä sensori käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.



### Valitse kohta sensorille

Valitse olkavarren takaosasta kohta, jossa iho pysyy suhteellisen tasaisena arjen toimissa (ei taivu tai taitu). Insuliinia ei saa pistää lähemmäs kuin 2,5 senttimetriä sensorista. Älä kiinnitä sensoria samaan kohtaan kuin edellisellä kerralla, muutoin iho voi ärtyä tai sensori voi tuntua epämukavalta iholla.



### Ihon valmistelu

#### TILANNE

#### RATKAISU

#### Iho on öljyinen

Pesuaineesta, kosteusvoiteesta, sampoosta tai hoitoaineesta voi jäädä öljyisiä jäämiä iholle, jolloin sensori ei tartu kunnolla ihoon.

Puhdista iho saippualla ja vedellä ja kuivaa iho. Puhdista iho lopuksi desinfiointipyyhkeellä ja anna ihon kuivua itsestään (älä puhalla kiinnityskohtaan). Kiinnitä sensori.

#### Kosteaa iho

Kosteus estää sensoria tarttumasta. Iho on oltava kuiva ennen sensorin kiinnittämistä.

Kuivaa iho, puhdista iho desinfiointipyyhkeellä ja anna ihon kuivua itsestään (älä puhalla kiinnityskohtaan). Kiinnitä sensori.

#### Alueella on hiuskarvoja

Ihokarvat jäävät sensorin liima-aineen ja ihon väliin.

Aja ihokarvat valitusta kiinnityskohdasta olkavarren takaosassa.



FreeStyle  
Libre

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

MIKSI PISTÄÄ, JOS VOI SKANNATA?\*

  
life. to the fullest.®  
Abbott

\*Glukoosiarvo on mitattava sormenpästä verensokerimittarilla, jos glukoosiarvot muuttuvat nopeasti, koska silloin soluväliinesteen glukoosiarvot eivät vastaa veren glukoosiarvoja tarkasti; tai jos sensori ilmoittaa hypoglykemiasta tai lähestyvistä hypoglykemiasta; tai jos oireet eivät vastaa sensorin mittaamia lukemia.

© 2019 Abbott. FreeStyle, Libre, ja siihen liittyvät tavaramerkit eri lainkäyttöalueilla omistaa Abbott Diabetes Care Inc. Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita eikä potilastietoja. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. ADC-16557 v1.0 10/19

# FreeStyle Libre - järjestelmä

## Vinkkejä

Nämä vinkit saattavat helpottaa sinua. Seuraavista tuotteista voi olla sinulle apua sensorin kiinnittämiseen liittyen. Jokaisen iho on erillainen. Voi olla, että sinun tarvitsee kokeilla useampia tuotteita löytääksesi itsellesi sopivimman. Keskustele hoitohenkilökunnan kanssa parhaiten sopivasta vaihtoehdosta.

Alla olevat tiedot eivät ole tae valmistajan tai tuotteen laadukkuudesta. Abbott Diabetes Care ei vastaa annettujen tietojen täydellisyydestä tai tarkkuudesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella maittain ja alueittain. Tuotteiden käytössä tulee noudattaa aina valmistajan antamia ohjeita.



### Sensorin kiinnitystä parantavat tuotteet

TUOTE	KUVAUS
SKIN-PREP™ - haavapyyhe	Haavapyyhe muodostaa hengittävän suojakalvon, joka toimii hyvänä kiinnitysalustana teipeille ja kalvoille. (smith-nephew.com)
Tegaderm IV™ - sidos	Läpinäkyvä haavakalvo, joka kiinnittyy hyvin. (3msuomi.fi)
Peittävä sidos*	Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu liima; side tai teippi.



### Sensorin irrottaminen

TUOTE	KUVAUS
Vauvaöljy	Pehmeä, ihoa kosteuttava öljy.