

ZAŚWIADCZENIE / MEDICAL CERTIFICATE

PL – System FreeStyle Libre 2 to wyrób medyczny, który pozwala pacjentom z cukrzycą na monitorowanie poziomu glukozy.
EN – The FreeStyle Libre is a medical device that allows the monitoring of the glucose concentration for patients with diabetes.

Data / Date: / /

Niniejszym potwierdzam, że / The undersigned certify that:

.....
Imię / First name / Nazwisko / Surname

Data urodzenia / Date of birth: / /

PL – Przez cały czas musi mieć przy sobie urządzenia wymienione poniżej
EN – The patient must carry at all times the following material

Sensor FreeStyle Libre 2 (aplikator + sterylny sensor).
Temperatura przechowywania: 4°C-25°C

FreeStyle Libre sensor 2 (applicator + sterile sensor)
Conservation: between 4°C and 25°C



.....

Czytnik FreeStyle Libre 2 Temperatura przechowywania: -20°C - 60°C

FreeStyle Libre 2 reader Conservation: between -20° and 60°C



.....

PL – Terapia pacjenta wymaga korzystania z systemu FreeStyle Libre 2 przez cały dzień w celu monitorowania poziomu glukozy i nie powinna być przerywana niezależnie od okoliczności. Aby zachować właściwe działanie systemu FreeStyle Libre 2 i uniknąć zdejmowania sensora, **pacjent nie powinien być narażony na działanie skanerów całego ciała** (takich jak skaner rentgenowski i skaner fal milimetrych). Powszechne wyładowania elektrostatyczne (ESD) i zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), w tym konwencjonalne wykrywacze metali na lotniskach (bramki i przenośne urządzenia), nie stanowią jednak problemu. W przypadku dalszych wątpliwości podczas odprawy bezpieczeństwa proszę zastosować inne metody weryfikacji.

EN – The treatment of this patient requires the daily use of a FreeStyle Libre 2 system to monitor his/her glucose level and should not, under any circumstances, be interrupted. In order for the patient to avoid removing his/her sensor and to maintain a proper functioning of his/her FreeStyle Libre 2 system, **he/she should not be exposed to some full-body scanners** (i.e. x-ray and millimeter radio-wave). Common electrostatic (ESD) and electromagnetic interference (EMI), including conventional airport metal detectors however do not present any problems. Should there be any doubt about the security scan the patient is going through, please proceed to another type of screening.

Podpis pracownika służby zdrowia



Bezpłatna infolinia działająca na terenie Polski
800 500 800 pn.-pt. 8:00-18:00,
e-mail: dok.adc@abbott.com

Free of charge Infoline available in Poland
800 500 800 Mon.-Fri. from 8 a.m. to 6 p.m.
From abroad, please send e-mail:
dok.adc@abbott.com

Abbott Laboratories Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. Wysokość kapitału zakładowego spółki 29.500.300 zł. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 38556, NIP 951-17-61-348

FreeStyle i powiązane oznaczenia marki są znakami towarowymi firmy Abbott Diabetes Care Inc. w ramach różnych jurysdykcji. Inne znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. FreeStyle Libre 2 system monitorowania glikemii flash (czujnik), wyrób używany wraz ze zgodnym czytnikiem lub aplikacją do monitorowania poziomu glukozy w płynie śródtkankowym u osób z cukrzycą i zaprojektowany, aby zastąpić oznaczenie stężenia glukozy we krwi w samodzielnym kontrolowaniu cukrzycy, w tym w dawkowaniu insuliny. Producent: Abbott Diabetes Care Ltd., Upoważniony przedstawiciel: Abbott B.V., Reklamodawca: Abbott Laboratories Poland sp. z o.o.

© 2023. Abbott ADC-CS-00593 v3.0