


# FreeStyle Libre System

## Vidhäftningsguide för sensorn

FreeStyle Libre sensorn är designad att sitta på kroppen i upp till 14 dagar.  
Se din bruksanvisning för fullständiga instruktioner för att välja ett lämpligt appliceringsställe.



### Välj ett område

Välj ett hudområde på baksidan av överarmen som vanligtvis är sträckt vid normala dagliga aktiviteter (som inte böjs eller där det bildas hudveck). Välj ett område minst 2,5cm från ett injektionsställe. För att förhindra obehag eller hudirritation, bör du välja annat område än det senast använda.



### Förbereda huden

#### SITUATION

#### LÖSNING

##### Oljig yta

Tvål, lotion, schampo eller balsam kan lämna oljiga rester efter sig på huden, vilket kan hindra sensorn från att fästa ordentligt.

För att öka vidhäftningen rengör du huden med tvål och vatten, torkar torrt och rengör med en spritkompress och låter därefter huden lufttorka (blås inte på den) innan du fortsätter.

##### Våt yta

Fukt motverkar vidhäftningen. Håll huden helt torr före applicering.

För att öka vidhäftningen, rengör med en spritkompress och låt huden lufttorka (blås inte på den) innan du fortsätter.

##### Hårig yta

Hår hamnar mellan huden och den självhäftande ytan på sensorn.

Stället som väljs på baksidan av överarmen bör vara renrakat.



FreeStyle  
Libre

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

**VARFÖR STICKA NÄR DU KAN SKANNA?\***



life. to the fullest.®

Abbott

\* Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar lågt eller sjunkande glukosvärde eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

© 2019 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care Inc. i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.  
ADC-16974 v1.0 10/19

# FreeStyle Libre System

## Användbara produkter

Du kan eventuellt använda dig av följande produkter för att underlätta vidhäftningen. Allas hud ser annorlunda ut och du kan därför behöva testa olika produkter för att hitta den som passar just dig. Rådfråga din vårdgivare för att komma fram till vad som är det bästa alternativet.

Informationen nedan är inte ett stöd för tillverkaren eller produktkvaliteten. Abbott Diabetes Care ansvarar inte för att produktinformationen är fullständig eller att den stämmer. Produkttillgängligheten kan variera mellan olika länder och regioner. Tillverkarens instruktioner för användning av respektive produkt bör följas.



### Gör att sensorn sitter fast bättre

#### VARUMÄRKE

#### BESKRIVNING

Torbot Skin Tac

En hypo-allergen och latexfri "klibbig" hudbarriär (torbot.com)

Skin-Prep / Protective Wipes

Flytande hudskyddsmedel som låter huden andas så tejpens fäster bättre (smith-nephew.com)

Mastisol Liquid Adhesive

Klar, skonsam, icke vattenlöslig flytande fixering som säkerställer skydd i våta områden (eloquesthealthcare.com)

Tegaderm IV

Transparent förband för förstärkt fixering (3m.com)

Täckförband\*

Medicinskt klassificerat täckförband eller tejp



### Borttagning av sensorn

#### VARUMÄRKE

#### BESKRIVNING

Babyolja

Mjuk återfuktare

REMOVE Adhesivborttagare

Tar bort adhesivrester på huden (smith-nephew.com)

UNI-SOLVE Adhesivborttagare

Formulerad för att minska adhesivtrauman på huden genom att helt och hållet lösa upp kirurgisk tejp och apparatlimmer (smith-nephew.com)



FreeStyle  
Libre  
FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

  
life. to the fullest.®  
Abbott

\* Täckförband måste appliceras samtidigt som applicering av sensorn, öppningen/hålet i mitten av sensorn får ej överäckas. Ytterligare bandage/tejp som är medicinskt klassificerat kan appliceras men ta inte bort bandage/tejp förrän sensorn är redo för att tas bort.